

示差走査熱量計一式の購入

入札仕様書

令和8年4月

公立大学法人滋賀県立大学

(1) 物品名および仕様

品名：示差走査熱量計 一式

・メーカー：NETZSCH

・型式等：DSC 500 Pegasus

1. 氷点下～1500℃級の広い発生温度範囲を有すること。
2. 高温域における比熱測定機能（DSC-Cp）を備えること。
3. 比熱測定範囲が少なくとも 5 J/(g·K) 級であること。
4. 高温域までの比熱精度が仕様として明示されていること。

同等品による入札：不可

<その他>

運送費、搬入、据え付けにかかる諸経費を含めること

(2) 納入期限

令和8年11月2日（月）

(3) 納入場所

公立大学法人滋賀県立大学 工学部 C5-103

（所在地）滋賀県彦根市八坂町 2500