

58G Baud Extension モジュール 一式の購入

入札仕様書

令和5年5月

公立大学法人滋賀県立大学

1 仕様書

品 名 : 58G Baud Extension モジュール 一式

メーカ ー : アンリツ株式会社

規格 (型式等) : MU196020A-112

仕 様 : ①現在所有しているアンリツ社のシグナルクオリティアナライザ-R に
機能拡張モジュールが取り付け可能であること。

② 58 Gbaud 以上の NRZ 信号と PAM4 信号の発生が可能であるこ
と。

③高品質(低ランダムジッタ(200 fs 以下)、低Tr/Tf(8.5 ps 以
下))信号発生が可能であること。

④別途、ビット誤り検出機能(BERT)を追加可能であり、感度が20
mV 以下であること。

⑤国内での修理・保守・校正が可能であること。

同等品による入札 : 不可

<その他>

運送費、搬入、据え付けにかかる諸経費を含めること

2 納入期限

令和5年8月10日(木)

3 納入場所

公立大学法人滋賀県立大学 工学部 (C7-214)

(所在地) 滋賀県彦根市八坂町 2500